

Deklaracja zgodności nr 35

1. Producent wyrobu
Nowy Łąd spółka akcyjna
(dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Niwnice, 59- 600 Lwówek Śląski

2. Nazwa wyrobu

GIPS ARTYKULACYJNY

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu
PKWiU 20.59.52.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
GIPS ARTYKULACYJNY stosowany jest w protetyce do wykonywania modeli ortodontycznych, przedlewów, frezowanych podstaw modeli.

5. Specyfikacja techniczna

Zakładowa norma**ZN W 32 /16**


6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Początek czasu wiązania : - nie wcześniej niż [min]:	2,5
2.	- nie później niż [min]:	6
3.	Wytrzymałość na ściskanie po 1 godz. [N/mm ²]:	20 ± 5
4.	Rozszerzalność liniowa po 2 godz. [%]:	max. 0,03

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.6.

NIWNICE, 01.07.2019

Zatwierdzam

Dyrektor Operacyjny

mgr inż. Małgorzata Lenik
Wiceprezes Zarządu